

20/2019

Landspítali óskar eftir upplýsingum um verð og gæði á:

CVK æðaleggjum og uppsetningarbakka

Upplýsingum um gæði, notkunar- og tæknieiginleika, afhendingartíma ásamt verði skal skilað á pósthfangið verdfyrirspurnir@landspitali.is eigi síðar en 19. október 2019.

Fyrirspurnir skulu sendast á pósthfangið verdfyrirspurnir@landspitali.is eigi síðar en 15. október 2019 og þeim verður svarað á vef LSH eigi síðar en 17. október 2019.

Verð skal sett fram í íslenskum krónum. Ef miðað er við erlendan gjaldmiðil þá skal miða við Evru €. Samanburður verðupplýsinga verður miðaður við meðaltal miðgengis Seðlabanka Íslands í september 2019 sem var 137,62 IKR/EUR.

Bjóða skal í allar vörulínur í eftirfarandi vörutöflum nema í vörutöflu C.

Í vörutöflu C. hafa bjóðendur tækifæri að bjóða sambærilegar stærðir af CVK æðaleggjum eins og óskað er eftir í vörutöflu A., með bakteríudrepandi húðun og/eða CVK æðaleggi með „Power Port“ fyrir hraða innrennslisgjöf. Ekki er vitað um áætlaða notkun eða hvort vara verður innleidd.

Samið verður við einn bjóðanda í vörutöflu A. og B. en í vörutöflu C. verður samið við tvo aðila ef vara verður innleidd. Samningstími er 2 ár. Áskilinn er réttur til að kaupa allt að 5% af viðkomandi vöru utan samnings í þeim tilgangi að uppfylla sérþarfir einstakra skjólstæðinga og til að prófa nýjar vörur.

Magntölur sem gefnar eru upp eru viðmiðunartölur og áætlað umfang á ári getur verið meira eða minna.

Um viðvarandi rekstrarvöru er að ræða og eru samningar um hana endurnýjaðir reglulega. Varan er notuð á deildum Landspítalans daglega.

Almennar kröfur til vöru og þjónustu

- Allar boðnar vörur skulu uppfylla allar reglugerðir og alþjóðlega staðla sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu um viðkomandi vörur, svo sem GMP, ISO 9000 eða 9002, CE staðla og aðra Evrópustaðla sem við eiga og skulu seljendur sýna fram á það.
- Óskað er eftir ítarlegum upplýsingum um umbeðnar vörur. Tækniupplýsingar þ.m.t. upplýsingar um efnisinnihald þeirra og/eða það efni sem þær eru gerðar úr, skulu fylgja, ásamt verði.
- Framleiðsla á vörum skal vera gæðavottuð og skulu seljendur sýna fram á það.
- Tilgreina skal pakkningastærðir og stykkjamagn í pakka.
- Viðkomandi vörur skulu vera strikamerktar samkvæmt EAN strikamerkjakerfinu eða QR merktar samkvæmt EAN strikamerkjakerfinu
- Við afhendingu skulu vörurnar vera í óopnuðum og óskemmdum pakkningum.
- Viðkomandi vörur skulu vera pakkaðar í hentugar umhverfisvænar pakkningar sem

auðvelt er að opna.

- Boðnar vörur skulu vera án latex, DEHP fríar og án PVC.
- Landspítali getur eftir opnun verðfyrirspurnar beðið bjóðanda að leggja fram lista yfir helstu notendur á viðkomandi vörum einkum á erlendum háskólasjúkrahúsum á EES svæðinu þ.e. hafi varan ekki verið í notkun áður á LSH. Tilgangur listans er að sannreyna gæði viðkomandi vöru.
- Bjóðandi skal hafa á sínum vegum heibrigðismenntaðann aðila með faglega þekkingu um boðna vöru sem skal geta leiðbeint notendum um notkun og upplýst um helstu nýjungar á þessu sviði.
- Bjóðendur skulu skila inn **1 stk.** sýnishorn af eftirfarandi vörum í öllum vörulínum í vörutöflu A.
- Bjóðendur skulu skila inn **2 stk.** sýnishorn af CVK uppsetningarbökkum (ósterilum).
- Í vörutöflu C. verður kallað eftir sýnishornum.
- Sýnishornin skulu berast til Innkaupadeildar Landspítalans, Skaftahlíð 24, eigi síðar en **24. október 2019**, að öðrum kosti er heimilt að dæma viðkomandi tilboð ógilt og verður það þá ekki skoðað frekar. Sýnishorn skulu vera merkt með nafni bjóðanda, framleiðanda, vörunúmeri og vöruheiti.

Vörulýsing:

Vörutöflu A: CVK æðaleggir

Eftirtaldar kröfur eru gerðar til CVK æðaleggja til ísetningar í vena Jugularis og vena Subclavia:

- Bjóða skal CVK æðaleggina í setti. Settið skal innihalda:
 - leiðara (spring wire-guide) úr stáli eða nitinol, frá ca.45-60cm að lengd eftir stærð æðaleggsins.
 - leiðarinn skal annars vegar vera með J enda á öðrum enda leiðarans og mjúkum beinum enda á hinum enda leiðarans.
 - vikkara (dilator) í mismunandi stærðum eftir lengd CVK æðaleggsins.
 - Introducer nál frá 18G x 6,4cm (Seldinger)
 - festingar fyrir CVK æðalegginn.
- Auðvelt skal vera að festa leggin við húð sjúklings.
- Þjálft skal vera að þræða leggin yfir leiðara.
- Endi leggjar skal ekki trosna við ísetningu.
- Festingar milli leggs og inngjafarports skal vera öruggt.
- Upplýsingar um rúmmál hvers ports skal vera skráð á leggin.
- Þarf að vera „flowswitch“ eða klemma við inngjafarport.
- Introducer nál skal ekki vera grófari en 20G.
- Fjöldi rása „lumena“ skal vera frá 1 – 4.
- Leggurinn skal vera röntgenþéttur þannig að hann sjáist vel á hefðbundinni röntgenmynd eða í ómsjá.
- Leggir skulu vera til í mismunandi lengdum ca. 15 til 20 cm.
- Bjóða skal CVK æðaleggi úr polyurethane sem mýkist.
- Tíðni sýkinga og blóðsegamyndunar skal vera í lágmarki. Óskað er eftir ítarlegum samanagerðarupplýsingum um boðna CVK æðaleggi.
- Gefa skal upp í upplýsingahefti (excel) hversu lengi boðin CVK æðaleggur má vera inniliggjandi.
- Í vörutöflu A. er einnig óskað eftir:
 - leiðara (spring wire-guide) úr stáli eða nitinol, ca. 45cm að lengd með J enda á öðrum enda leiðarans og mjúkum beinum enda á hinum enda leiðarans.
 - leiðara, spring wire guide,tube assembly, ca. 0,64mmx14cm.

Vöruafla B: CVK Uppsetningarbakki

Í uppsetningarbakkanum er óskað eftir eftirfarandi innihaldi:

Vöruheiti	Magn (stk.)
Wrap Blue(trolley cover) 75x90cm 2ply Laminate	1
CVC drape ca.140x210cm, with ca.50x50cm clear window,10cm circular adhesive edge fenestration	1
Tray ca. 24.5cmx13.5cmx2.5cm	1
Cotton Stick Small 5cm	2
White Swab Gauze10x10cm 12ply 10stk.	1
Suture Mersilk 2/0, curved needle, cutting (W321)	1
Bowl 120ml	2
Syringe 2ml L/L	1
Syringe 3ml L/L	1
Syringe 5ml L/S	2
Syringe 10ml L/S	2
Needle 18Gx7cm	1
Needle 22Gx4cm	1
Needle Containment Device	1
Scalpel no.11	1
Needle holder (steel - single use) ca. 15cm	1

Vöruafla C: CVK æðaleggir með bakteríudrepandi húðun og/eða CVK æðaleggi með „Power Port“:

- CVK æðaleggi með bakteríudrepandi húðun má bjóða í sömu stærðum og í vörutöflu A (sjá upplýsingahefti).
- Óskað er eftir CVK æðaleggjum með „Power Port“ fyrir hraða inngjöf á vökva og/eða skuggaefni.

Afhendingartími:

Seljandi afhendir vörur til kaupanda innan tveggja virkra daga frá pöntun samkvæmt nánara samkomulagi við kaupanda. Afhending skal vera kaupanda að kostnaðarlausu. Seljandi skal alltaf eiga öryggisbirgðir af vörum á lager hérlendis. Með öryggisbirgðum er átt við a.m.k. 2 mánaða birgðir af vörum miðað við meðaltalsnotkun þeirra.

Ef við afhendingu kemur í ljós að sending eða hluti sendingar er verulega gölluð, þá á kaupandi rétt á að vísa hinni gölluðu vöru frá og ber honum þá að greina seljanda vörunnar skriflega frá ástæðu frávísunar. Litið er svo á að þær sendingar sem vísað er frá hafi ekki verið afhentar.

Sterila vörur skal seljandi geyma þannig að hún sé ávallt geymd og flutt í a.m.k. þrem lögum af umbúðum. Ef seljandi þarf að rjúfa ytri umbúðir þá skal hann setja vöruna í nýjan pappakassa eða a.m.k. í plastpoka sem þriðja lagið.

Ef upp koma vandkvæði eða seinkun í sambandi við afhendingu ber seljanda strax að tilkynna kaupanda um væntanlegan komutíma vörunnar og tilgreina ástæður fyrir seinkun/vandkvæðum. Þurfi kaupandi vegna vanefnda á afhendingu að kaupa sambærilega vöru af öðrum aðila ber seljandi þann viðbótarkostnað sem af því hlýst.

Innifalið í verði er afhending frá lager seljanda til lagers kaupanda á höfuðborgarsvæðinu en á pósthús eða viðeigandi flutningamiðstöð til kaupenda utan höfuðborgarsvæðisins.

Ef samningsvörur fara á bið hjá seljanda sem veldur því að Birgðastöð getur ekki afgreitt vöruna til deilda innan 48 klst. frá umsömdum afhendingartíma, þá áskilur kaupandi sér rétt til að krefja seljanda um skaðabætur sem nema 10.000 kr. fyrir hvern virkan dag sem líður án þess að seljandi afgreiði vöruna.

Greiðslur:

Reikningur skal fylgja með hverri afgreiðslu og skal hann merktur samningsnúmeri, pöntunarnúmeri, deild (afhendingarstaður) og nafni þess sem pantar, ásamt viðfangsnúmeri og tegundarlykli. Allar greiðsluupplýsingar skulu koma fram á reikningi, þ.e.a.s. nafn banka, númer útibús og reikningsnúmer. Reikningurinn skal innihalda samningsverð þannig að hann sýni umsamið einingaverð samkvæmt samningi. Að öðru leyti á reikningur að vera í samræmi við gildandi lög hverju sinni.

Gjaldddagi reiknings er við samþykki hans og eindagi er 30 dögum eftir lok úttektarmánaðar enda sé reikningurinn kominn í hendur kaupanda eigi síðar en viku eftir dagsetningu reiknings. Samþykktir reikningar verða greiddir af kaupanda í gegnum bankalínu, eigi síðar en 30 dögum eftir lok úttektarmánaðar.

Seljandi skal geta sent reikninga og tekið við pöntunum á rafrænu formi. Í því felst að reikningar berist á rafrænu formi samkvæmt gildri tækniforskrift TS136 um rafrænan reikning, TS137 um rafrænan kreditreikning og TS 138 um rafrænar pantanir sem gefnir eru út af Staðlaráði Íslands. Nánari útfærsla skal fara fram milli kaupanda og seljanda.

Verðbreytingar:

Ef verð er tengt erlendum gjaldmiðli, þá skal það erlenda verð vera óbreytt út samningstímann. Tilgreina skal grunnengi tilboðs (samnings) sem er meðaltal miðgengis hjá Seðlabanka Íslands í janúar 2018. Sjá <https://www.sedlabanki.is>.

Verðbreytingar geta orðið á þriggja mánaða fresti, 15. jan, 15. apríl, 15. júlí og 15. október. Ef gengisbreytingar eru minni en +/- 3% frá gildandi gengi þá mun verð ekki breytast. Breytta samningsverðið myndar nýjan grunn fyrir verðbreytingar í samningnum.

Verði gerðar breytingar af opinberri hálfu á tollum eða öðrum gjaldaákvörðunum vöru eða þjónustu sem hafa áhrif á verð hennar er hægt að óska eftir verðbreytingu.

Umbúðir og sóun:

Landspítalinn vill í innkaupum sínum kaupa vörur og þjónustu sem uppfylla þarfir, hafa sem minnst umhverfisáhrif og lægstan líftímakostnað.

Óskað er eftir góðri samvinnu við birgja og þeir beðnir að taka mið af umhverfisstefnu spítalans (http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Um-Landspitala/Stefna-og-starfsaaetlanir/Umhverfismal/umhverfisstefna_lsh_2012.pdf).

Landspítalinn leggur áherslu á minni sóun og aukna flokkun úrgangs. Hjá Landspítalanum er stór hluti úrgangs vegna einnota hluta og umbúða. Það er því mikilvægt að í samvinnu við birgja sé unnið skipulega að því að draga úr umbúðum og sóun auðlinda. Auknar kröfur verða gerðar til vara og umbúða, s.s. að ekki séu óþarfa hættuleg efni í vörum. Gera má ráð fyrir því að aukin krafa verði um að varan innihaldi ekki PVC. Kröfur geta einnig verið til umbúða, að þær séu án PVC og að vöruna sé auðvelt að endurvinna að notkun lokinni.

Afhending og frágangur upplýsinga:

Upplýsingablöð fylgja þessari verðfyrirspurn og skulu upplýsingagjafar fylla inn umbeðnar upplýsingar á því formi (Excel). Ítarupplýsingar vöru skulu fylgja með á rafrænu formi. Upplýsingum skal skilað á netfangið: verdfyrirspurnir@landspitali.is